

Imagene®

Allprep RNA/DNA/miRNA/protein Isolation Kit Allprep RNA/DNA/miRNA/protein分提试剂盒



CODONX
RESEARCH & ANSWER MORE

FOR RESEARCH USE ONLY
NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC PURPOSES

Allprep RNA/DNA/miRNA/protein 分提试剂盒

目录号 RE142

使用说明书

网站: www.codonx.com
咨询电话: 010-56315162
技术支持 QQ: 3090544158

- 1/适用范围
- 2/试剂盒组成、储存、稳定性
- 3/储存事项
- 4/产品介绍
- 5/产品特点
- 6/注意事项
- 7/操作步骤

1/适用范围：

适用于快速从同一个动物细胞或者组织样品中同时提取分离基因组DNA和包含miRNA的总RNA和Protein(如购买额外miRNA吸附柱子和配套溶液，还可以将同一个样品的总RNA和miRNA分离并提取，富集miRNA。)，不需要使用DNase消化，RNA可直接用于反转录PCR，荧光定量PCR。

2/试剂盒组成、储存、稳定性：

试剂盒组成	保存	50 次(RE142-01)
裂解液 LBT Plus	室温	50 ml
漂洗液 A	室温	12 ml 第一次使用前加入 28ml 无水乙醇
漂洗液 B	室温	10 ml 第一次使用前加入 42ml 无水乙醇
RNase-free H ₂ O	室温	10 ml
抑制物去除液 IR	室温	25 ml
漂洗液 WB	室温	15ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇
缓冲液 APP	室温	60 ml
洗脱缓冲液 EB	室温	10 ml
基因组 DNA 吸附柱 CC 和收集管 CT	室温	50 套
RNA 吸附柱 AC 和收集 管 CT	室温	50 套

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

3/储存事项：

- 所有的溶液应该是澄清的，如果环境温度低时溶液可能形成沉淀，此时不应该直接使用，可在 37℃ 水浴加热几分钟，即可恢复澄清。
- 不合适的储存于低温（4℃ 或者 -20℃）会造成溶液沉淀，影响使用效果，因此运输和储存均在室温下（15℃ - 25℃）进行。

3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、PH 值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

4/产品介绍:

本试剂盒设计用于快速从同一个动物细胞或者组织样品中同时提取分离基因组DNA和包括miRNA的总RNA和Protein。独特的裂解液迅速裂解细胞和灭活细胞RNA/DNA酶，然后裂解混合物RNA/miRNA/ DNA/Protein同时通过一个基因组DNA吸附柱，基因组DNA被吸附而miRNA/RNA/Protein穿透滤过。DNA吸附柱上基因组DNA经过一系列漂洗-离心后洗脱得到纯净基因组DNA。滤过的miRNA/RNA用乙醇调节结合条件后，miRNA/RNA在高离子盐状态下选择性吸附于miRNA/RNA吸附柱上，再通过一系列快速的漂洗-离心洗脱得到纯净的miRNA/RNA。滤液经选择性沉淀得到Protein。无苯酚、氯仿DNA/RNA快速提取技术基础上配合独家的分离技术同时得到的miRNA/RNA/基因组DNA纯度高，互不干扰。得到的miRNA/RNA不需要DNase消化，可直接用于反转录PCR、荧光定量PCR等实验。基因组DNA也可以直接用于下游的Southern、酶切、PCR等各种试验。

5/产品特点:

1. 完全不使用有毒的苯酚，氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。
2. 快速，简捷，单个样品 miRNA/RNA/基因组 DNA/Protein 分离操作一般可在 1 小时内完成。
3. 独家吸附柱和配方确保有效清除基因组 DNA 残留，一般情况下得到的 miRNA/RNA 不需要 DNase 消化可直接用于反转录 PCR、荧光定量 PCR 等实验。
4. 多次柱漂洗确保 miRNA/RNA/基因组 DNA 高纯度，可直接用于下游各种实验。

6/注意事项:

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到13,000 rpm的传统台式离心机。
2. 样品处理量绝对不要超过基因组吸附柱CC和和RNA吸附柱AC处理能力，否则造成DNA残留或者产量降低。不同组织细胞种类RNA/DNA相差极大，例如胸腺脾脏DNA含量丰富，超过5mg就会超过柱子处理能力。COS细胞RNA含量丰富，超过 3×10^6 细胞就会超过柱子吸附能力。所以开始摸索实验条件时，如果不清楚样品DNA/RNA含量时宁可使用较少的样品处理量，如细胞不超过 $3-4 \times 10^6$ ，组织不超

过10mg。将来根据样品试验情况增加或者减少处理量。

3. 裂解液LBT Plus、抑制物去除液IR、漂洗液A、漂洗液B中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，**避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。**
4. 该试剂盒如需要用于植物样品尤其是多糖多酚次级代谢产物丰富的困难样品的DNA/miRNA/RNA提取，请咨询技术人员，可能需要用到其它试剂。
5. **如购买额外miRNA吸附柱子和配套溶液，还可以将同一个样品的总RNA和miRNA分离并提取，富集miRNA。**请咨询我们。
6. 关于DNA的微量残留：

一般说来任何总RNA提取试剂在提取过程中无法完全避免DNA的微量残留（DNase消化也无法做到100%无残留），本公司的Allprep组织/细胞miRNA/DNA/Protein分提试剂盒，由于采取了本公司独特的缓冲体系和基因组DNA分离清除技术，绝大多数DNA已经被清除，不需要DNase消化，可直接用于反转录PCR和荧光定量PCR。个别特殊情况如DNA含量过于丰富造成残留或者要进行严格的mRNA表达量分析荧光定量PCR，我们建议在进行模板和引物的选择时：

- 1) 选用跨内含子的引物,以穿过mRNA中的连接区,这样DNA就不能作为模板参与扩增反应。
- 2) 选择基因组DNA和cDNA上扩增的产物大小不一样的引物对。

7/操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）

提示：

⇒ 第一次使用前请先在漂洗液A、漂洗液B和漂洗液WB瓶中加入指定量无水乙醇！

1. 组织培养细胞

- a. 收集 $<10^7$ 悬浮细胞到一个1.5ml离心管，对于贴壁细胞，孔板培养可以直接裂解，细胞瓶培养应该先用胰蛋白酶消化后吹打下来收集。
- b. 13,000rpm离心10秒（或者300xg离心5分钟），使细胞沉淀下来。**完全吸弃上清**，留下细胞团，注意不完全弃上清会稀释裂解液导致产量纯度降低。

- c. 轻弹管壁将细胞沉淀**完全松散重悬**，加 350 μ l ($<5 \times 10^6$ 细胞) 或 600 μ l (5×10^6 - 1×10^7 细胞) 裂解液 LBT Plus，吹打混匀后用手剧烈振荡 20 秒充分裂解。
- d. 匀浆：(处理细胞量极少时 $<1 \times 10^5$ 一般不需要，涡旋振荡一分钟匀浆)。用带钝针头的一次性 1 ml(配 0.9mm 针头) 注射器抽打裂解物 5-10 次或直到得到满意匀浆结果(或者电动匀浆 30 秒)，可以剪切 DNA，降低粘稠度防堵塞柱子和提高产量。
- e. 将裂解混合物或匀浆混合物全部加到 DNA 吸附柱 CC 上(吸附柱 CC 放在收集管 CT 内)。
- f. 接**操作步骤**项下 3。

2. 动物组织 (例如鼠肝脑)

- a. **电动匀浆**：新鲜组织用解剖刀迅速切成小碎块,加入 350 μ l(<20 mg 组织)或者 600 μ l(20-30mg 组织)的裂解液 LBT Plus 后电动彻底匀浆 20-40 秒。
- b. **液氮研磨+匀浆**：在液氮中研磨组织成细粉后，取适量组织细粉(20mg/30mg)转入装有 350 μ l/600 μ l 组织裂解液 LBT Plus 的 1.5ml 离心管中，用手剧烈振荡 20 秒，充分裂解。用带钝针头的一次性 1 ml(配 0.9mm 针头) 注射器抽打裂解物 10 次或直到得到满意匀浆结果(或者电动匀浆 30 秒)，可以剪切 DNA，降低粘稠度防堵塞柱子和提高产量。
- c. 将匀浆后裂解物 13,000rpm 离心 3 分钟,沉淀可能存在的裂解困难的碎片或者不溶物，将裂解物上清全部加到 DNA 吸附柱 CC 上(吸附柱 CC 放在收集管 CT 内)。
- d. 接**操作步骤**项下 3。

- 3. 13,000 rpm 离心 30 秒，保留滤过液 (miRNA/RNA/Protein 在滤过液中)。DNA 吸附柱子 (膜上吸附有基因组 DNA) 短时间可存放 4 $^{\circ}$ C 度备用。

确保离心后液体全部滤过去，膜上没有残留，如有必要，可以加大离心力和离心时间。

以下步骤为提取 RNA 步骤：

- 4. 用微量移液器较精确估计滤过液体积 (350 μ l 或者 600 μ l 左右，滤过时候损失体积

应该减去), 加入 1.25 倍体积的无水乙醇, 此时可能出现沉淀, 但是不影响提取过程, 立即吹打混匀, 不要离心。

- 立刻将混合物(每次小于 700 μ l, 多可以分两次加入)加入一个 RNA 吸附柱 AC 中, (吸附柱 AC 放入收集管 CT 中) 13,000 rpm 离心 30 秒, **保留滤过液以备提取 Protein。**

滤过液含有 Protein, 请转入一个合适大小(至少 2 倍滤过液体积)的离心管, 保留被用于步骤 17 开始的 Protein 提取。装滤过液体和乙醇混合物的 DNA 吸附柱的收集管 CT (混合物转入 RNA 吸附柱后剩下的空收集管 CT) 需要保留, 将 DNA 吸附柱放回此收集管 CT 保留在 4 $^{\circ}$ C, 备用于步骤 11 开始的基因组 DNA 提取。

- 加 700 μ l 漂洗液 A (请先检查是否已加入无水乙醇!), 12,000rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
- 加入 500 μ l 漂洗液 B (请先检查是否已加入无水乙醇!), 12,000 rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。加入 500 μ l 漂洗液 B, 重复一遍。
- 将吸附柱 AC 放回空收集管 CT 中, 13,000 rpm 离心 2 分钟, 尽量除去漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
- 取出吸附柱 AC, 放入一个 RNase free 离心管中, 根据预期 RNA 产量在吸附膜的中间部位加 30-50 μ l RNase free water, 室温放置 1 分钟, 12,000 rpm 离心 1 分钟。
- 如得到的 RNA 可以立即用于下游反应或者尽快置于低温保存。

以下步骤为提取 DNA 步骤:

- 在步骤 3 的 DNA 吸附柱上加入 500 μ l 抑制物去除液 IR, 12,000rpm 离心 30 秒, 弃废液。
- 加入 700 μ l 漂洗液 WB (请先检查是否已加入无水乙醇!), 12,000rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
- 加入 500 μ l 漂洗液 WB, 12,000rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
- 将 DNA 吸附柱放回空收集管 CT 中, 13,000rpm 离心 2 分钟, 尽量除去漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

15. 取出 DNA 吸附柱，放入一个干净的离心管中，在**吸附膜的中间部位**加 100 μ l 洗脱缓冲液 EB（洗脱缓冲液事先在 65-70 $^{\circ}$ C 水浴中预热效果更好），室温放置 3-5 分钟，12,000rpm 离心 1 分钟。将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，室温放置 2 分钟，12,000rpm 离心 1 分钟。

洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要 DNA 浓度较高，可以适当减少洗脱体积，但是最小体积不应少于 50 μ l，体积过小降低 DNA 洗脱效率，减少 DNA 产量。


16. DNA 可以存放在 2-8 $^{\circ}$ C，如果要长时间存放，可以放置在 -20 $^{\circ}$ C。

以下步骤为提取 Protein 步骤：

17. 将步骤 5 的滤过液中加入等体积的缓冲液 APP，涡旋振荡混匀，室温放置 15 分钟沉淀 Protein。
18. 13,000rpm 离心 5-10 分钟，小心弃上清。加入 0.5ml 70%乙醇，颠倒后离心 1 分钟，小心弃上清，留下蛋白沉淀，尽量将残留液体用移液器吸干净。
19. 室温晾干沉淀 5-10 分钟，注意一定让乙醇挥发干净，以免下游试验受影响。
20. 将蛋白沉淀溶解于 30-150 μ l 1x 蛋白上样缓冲液（如需要蛋白定量，缓冲液中不应该加入溴酚兰）或其它下游试验要求的缓冲液中。

由于裂解液 LBT Plus 强变性作用或者不同蛋白等电点，蛋白可能溶解比较困难，用移液器吹打帮助溶解或者改变 PH 值帮助蛋白溶解，短暂离心取上清使用。或者用 5% SDS 或者 8M 尿素帮助溶解蛋白沉淀后做蛋白定量。注意如果需要 BCA 蛋白定量可能需要把 8M 尿素稀释到 3M。

21. 95 $^{\circ}$ C 放置 5 分钟溶解和变性蛋白，回复到室温，最高速离心 1 分钟，取上清进行 SDS-PAGE 电泳或者 western blot 等试验。



CodonX(China) Biotechnology Co., Ltd

Yizhuang Biomedical Park
Building 6, No.88 6th Kechuang St. Economic-Technological Development Area, Beijing, China
Tel: 010-56315162 www.codonx.com